






## MEDIDORES DE CONCENTRICIDAD



- Accesorio opcional: reloj comparador



para asegurar la precisión 2µm, la distancia entre punta y rodillo debe ser <30mm



Código	Precisión	Diámetro aplicable	Sujetador aplicable
4789-1E	2µm	Ø3.5mm-25mm	Ø8mm, 3/8" DIA
4789-3E	2µm	Ø1mm-25mm	Ø8mm, 3/8" DIA